

云南省疾病预防控制中心采购计划表

采购部门：急传所

经办人：

周晓芳

日期：2025. 4. 2

序号	名称	规格、技术参数、性能要求	数量	计量单位	预算单价 (元)	预算总金额 (元)	交货地点 /备注
1	产毒艰难梭菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（50T）	1.50T/盒； 2.检测靶标（包括但不限于以下）： 1) 选择 FAM 通道检测 tcdA 基因和 tcdB 基因； 2) 选择 HEX 通道检测 cdtA 基因； 3) 选择 ROX 通道检测 TPI 基因； 4) 选择 CY5 通道检测内标； 3.4 个检测靶标；50μL/反应；试剂盒最低检测限为 500 copies/mL	4	盒	3800	15200	
2	产毒艰难梭菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（25T）	1.25T/盒； 2.检测靶标（包括但不限于以下）： 1) 选择 FAM 通道检测 tcdA 基因和 tcdB 基因； 2) 选择 HEX 通道检测 cdtA 基因； 3) 选择 ROX 通道检测 TPI 基因； 4) 选择 CY5 通道检测内标； 3.4 个检测靶标；50μL/反应；试剂盒最低检测限为 500 copies/mL	1	盒	1900	1900	
3	厌氧产气袋	2.5L/袋，10 个/包	5	包	172	860	

（备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）