

云南省疾病预防控制中心采购计划表

采购部门：性艾所

经办人：张祖样

日期：2025年7月16日

序号	名称	规格、技术参数、性能要求	数量	计量单位	预算单价(元)	预算总金额(元)	交货地点/备注
1	暗娼专题调查 HPV 检测试剂耗材采购	1. 人乳头状瘤病毒(HPV)检测试剂盒(PCR 荧光法)：检测试剂至少要同步检测包含世界卫生组织明确确认的 14 种以上的高危型型别，包括：HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68 等亚型，不得包含低危型 HPV，确保检测质量。提供筛查服务使用的专用配套 HPV 检测试剂，1 个样本 1 次检测，检测高危型 HPV 时，并同步对 HPV16、HPV18 亚型进行单独基因分型；存储温度 2-8℃，有效期大于 18 个月；产品规格：240 测试/盒；适配 cobas4800 全自动核酸检测设备。	7	盒	9600 元/盒	67200	云南省疾控中心
2		2. 核酸提取或纯化试剂：配人乳头状瘤病毒(HPV)检测试剂盒的核酸提取或纯化试剂，检测耗材，自采样拭子、样本保存液，一次性使用采样盒，扩张器及辅助试剂。试剂规格 240 测试/盒，适配 cobas4800 全自动核酸检测设备。	7	盒	3900 元/盒	27300	云南省疾控中心
	合计	-	14	-	-	94500	

(备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。)