

云南省疾病预防控制中心采购计划表

采购部门：性艾所			经办人：李书鸿		日期：2025 年 9 月 25 日		
序号	名称	规格、技术参数、性能要求	数量	计量单位	预算单价（元）	预算总金额（元）	交货地点/备注
1	DNA 一代测序服务	1、提供以 sanger 双脱氧末端终止法为测序原理的 DNA 测序服务，包含测序所需引物合成服务。 2、测序反应有效碱基数不少于 700bp(如果扩增靶区域小于 700bp，应完全覆盖扩增靶区域)。 3、非样本质量问题，扩增阳性样本测序成功率≥90%，测序色谱图文件峰形清晰地长度不低于目的片段长度的 80%。 4、反馈的测序结果应包含所测序列的序列图和峰图，按客户要求命名文件，文件名能快速识别样本类别和送样批次。 5、非样本浓度问题，测序不成功的样本在不重复送样的情况可优化重测一次。 6、通过 ISO9001 管理体系认证。 7、参加过有资质机构组织的 HIV 基因型耐药检测能力验证并获得优秀评价，提供有关资质认证材料和能力验证证明。 8、供应商负责按用户要求提供免费分次上门取样服务，并负责免费低温运输至测序点，不额外向客户收取运输费用。 9、供应商须在取样后 5 个工作日内反馈样本检测结果。 10、免费合成测序引物。 11、供应商每月 1 次向用户发送费用使用情况电子清单。	3125	反应	8	25000	
					合计：	25000	

（备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）